

附表一

申請寄存生物材料所用之容器規格

(一) 冷凍乾燥管

以單層或雙層玻璃管方式，長度 10 公分以下，直徑 1.6 公分以下。

(二) 冷凍管

以旋蓋方式並為抗冷凍之材質，高度在 4 至 5 公分間，口徑 1.1 公分以下。

(三) 試管

長度在 8 至 16.5 公分間，口徑在 1.0 至 1.6 公分間。